

## **NÄYTTEENOTTO-OHJE: KVALITATIIVINEN ASBESTIMÄÄRITYS PINTAPÖLYNÄYTTEESTÄ**

Asbestipitoisuus määritetään pinnalle laskeutuneesta pölystä esim. päättyneen remontin jälkeen. Ennen näytteenottoa tilan, josta näyte otetaan, tulisi olla häiriintymättömässä tilassa vähintään vuorokauden ajan, jotta mahdolliset asbestikuidut ehtivät laskeutua tasoille / seinäpinnoille.

Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä (Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016, pykälä 19).

### **Tarvittavat välineet:**

- Näytteenottajan henkilökohtaiset suojaimet
- Sulkijalla varustettu muovipussi (esim. minigrip), noin 0,5-1 litran kokoinen
- Tussi merkintöjen tekemiseen

### **Näytteenotto:**

1. Valitse hyvä näytteenottopaikka. Hyvä paikka on sellainen missä pöly voi vapaasti laskeutua esim. hyllyn tai komeron päällä (kattoon matkaa vähintään 50 cm). Pölyn tulisi myös olla maksimissaan kaksi viikkoa vanhaa.
2. Käännä Minigrip-pussi nurinpäin. Aseta kätesi pussiin ja pyyhi tukittava pinta pussilla. Pussin staattinen sähköisyys kerää pintapölyn talteen. Varo rikkomasta pussia teräviin reunoihin tai pinnan epätasaisuuksiin.
3. Käännä pussi oikeinpäin ja sulje huolellisesti.
4. Käytä vähintään yksi pussi kuhunkin tutkittavaan kohteeseen.
5. Numeroi pussit ja kirjaa tilauslomakkeeseen näytteenottokohteet.
6. Pakkaa tilauslomake ja näytteet joko pehmustettuun kirjekuoreen tai pahvilaatikkoon. Huomioithan, että näytepussien tulee säilyä ehjinä kuljetuksen ajan. Lisää kuoren tai paketin päälle tunnus ”sisältää asbestinäytteitä”.

### **Näytteet toimitetaan Contesta Oy:n laboratorioon:**

Contesta Oy, Kuitulaboratorio

Skräbbölentie 16

21600 Parainen.

**ASBESTI ON SYÖPÄÄ AIHEUTTAVA AINE, jolle altistumista tulee kaikin keinoin välttää.  
Huomioi oikeat työtavat näytteenotossa ja näytteiden pakkaamisessa.**

Contesta Oy  
www.contesta.fi  
y-tunnus 1712699-6

VANTAA  
Porraskuja 1, 01740 Vantaa  
(09) 2525 2425

PARAINEN  
Varastokuja 1, 21600 Parainen  
Skräbbölentie 16, 21600 Parainen  
0207 430 620